



## Modification Acceptance Letter (MAL) for Approved Meters and Devices

## Lettre d'acceptation de modification (LAM) pour les compteurs et appareils approuvés

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters and devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notice(s) of Approval.

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs et appareil dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notices of Approval:

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par les avis d'approbation suivants :

### Approval Number(s) / Numéro(s) d'approbation

AG-0646 & AG-0638 Rev. 1 / AG-0646 & AG-0638 Rév. 1

### Type of Device

Conversion Device – Flow Computer

### Type d'appareil

Dispositif de conversion - Débitmètre-ordinateur

### Applicant / Requérant

Bristol Inc.  
6005 Rogerdale Road  
Houston, TX,  
USA, 77072

### Description of Modifications

The purpose of this MAL is to approve the change in the applicant's name and address to:

Bristol Inc.  
6005 Rogerdale Road  
Houston, TX,  
USA, 77072

The following firmware are approved for the FB1000:

CPU: 2.14.02.05  
OBIO: 02.14.02.01  
Optional I/O: 02.14.02.01

### Description des modifications

L'objectif de cette MAL est d'approuver le changement de nom et d'adresse du demandeur, qui devient :

Bristol Inc.  
6005 Rogerdale Road  
Houston, TX,  
USA, 77072

Les microprogrammes suivants sont approuvés pour le FB1000 :

CPU : 2.14.02.05  
OBIO : 02.14.02.01  
Optional I/O : 02.14.02.01



The following firmware are approved for the FB3000:

Firmware APP, FB3000 CPU: 02.14.02.05  
Firmware IFS, FB3000 CPU: 02.14.02.05  
Firmware APP, FB3000 I/O: 02.14.02.01

These changes are non-metrological in nature.

Les microprogrammes suivants sont approuvés pour le  
FB3000 :

Firmware APP, FB3000 CPU : 02.14.02.05  
Firmware IFS, FB3000 CPU : 02.14.02.05  
Firmware APP, FB3000 I/O : 02.14.02.01

Ces changements sont de nature non métrologique.

**Signature and Date**

**Original copy signed by:**

Hussein Javadinejad  
A/Manager, Gas Measurement,  
Engineering and Laboratory Services Directorate,  
Measurement Canada

**Signature et Date**

**Copie authentique signé par:**

Hussein Javadinejad  
Gestionnaire p. int, Mesures des gaz,  
Direction de l'Ingénierie et Services de Laboratoire,  
Mesures Canada

**Date: 2023-09-18**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>