



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM
MAL-G53 Rev.1

Date: 2012-11-26

File number: AP-AG-12-0041

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Meters and Devices**

Type of Device

Turbine Meter

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

G-0033

Applicant

Sensus
805 Liberty Boulevard
P.O. Box 528
DuBois, PA
15801

Description of Modifications

The model RCM-T-18 approved under the above noted Notice of Approval can be equipped with molded plastic rotors or rotors manufactured from aluminum.

Revision 1

Similar to the RCM-T-18 model, the RCM-T-30, RCM-T-35 and RCM-T-60 low pressure 175 psig/1200 kPa models can also be equipped with either molded plastic rotors or manufactured from aluminum.

Original copy signed by:

Randy Byrtus
Manager, Gas Measurement



Date: 2012-11-26

Dossier: AP-AG-12-0040

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Compteurs et appareils approuvés

Type d'appareil
Compteur à turbine

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

Numéro d'approbation
G-0033

Requérant
Sensus
805 Liberty Boulevard
P.O. Box 528
DuBois, PA
15801

Description des modifications

Le modèle RCM-T-18 approuvé en fonction de l'avis d'approbation susmentionné peut être équipé avec les rotors fabriqués en plastique moulé ou les rotors fabriqués en aluminium.

Révision 1

Semblable au modèle RCM-T-18, le modèle RCM-T-30, RCM-T-35 et le modèle RCM-T-60 à basse pression 175 lb/po² - 1200 kPA, peuvent également être équipés de rotors moulés en plastique ou fabriqués à partir d'aluminium.

Copie authentique signée par :

Randy Byrtus
Gestionnaire, Mesures des gaz