



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM

MAL-G144 Rev. 1

Date: October 1, 2003

File number: AP-AG-03-0034

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Meters and Devices**

Type of Device

Electronic Converting Device

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to meters which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect meters identified in the following Notice of Approval:

Approval Number

AG-0424

Revision

The purpose of this revision is to add firmware versions K and L which represent Lithium and Alkaline battery(s).

Applicant

Romet Ltd.
1080 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario
L4W 2V2

Description of Modifications

The electronic converting device ECM2 (AG-0424) can be used with the Dresser rotary meters, 1.5M, 3M, 5M, 7M, 11M, and 16M, approved under G-0026 and G-0057.

Original copy signed by:

Randy Byrtus
Approvals Technical Coordinator
Fluid Measurement Discipline



Date: 1 octobre 2003

Dossier: AP-AG-03-0034

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Compteurs et appareils approuvés

Type d'appareil

Dispositif électronique de conversion

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

Numéro d'approbation

AG-0424

Révision

Le but de cette révision est d'ajouter les versions K et L au microprogramme, lesquelles représentent le type de pile en usage, alcaline ou lithium.

Requérant

Romet Ltd.
1080 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario
L4W 2V2

Description des modifications

Le dispositif électronique de conversion, modèle ECM2 (AG-0424) peut-être utiliser avec les compteurs rotatif de Dresser, modèles 1.5M, 3M, 5M, 7M, 11M, et 16M, approuvés en vertu de l'avis d'approbation G-0026 et G-0057.

Copie authentique signée par:

Randy Byrtus
Coordonnateur en technologie, approbations
Mesure des fluides