



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

G-98-9

APR 5 1984
AVR

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Rockwell TPL Series Right Angle Turbo
Gas Meters - External Lubrication.

Compteurs à gaz à turbine Rockwell de la
série TPL - système externe de lubrifi-
cation.

This Approval Notice supersedes Notice
of Approval G-98-7 and supplements
Notice of Approval G-98-8.

Le présent avis remplace l'avis
d'approbation G-98-7 et complète l'avis
d'approbation G-98-8.

Company: Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road
P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Société: Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road
P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Manufacturer: Rockwell International
of Canada Limited
Guelph, Ontario

Fabricant: Rockwell International of
Canada Limited
Guelph, Ontario

Type of Device: Right angle turbo gas
meter with direct reading register and
impulse contactor output, or instrument
drive and impulse contactor output.

Type d'appareil: Compteur de gaz à
turbine, à angle droit, équipé d'un
indicateur à lecture directe et d'une
sortie de contacteur d'impulsions ou
d'un dispositif d'entraînement de
l'élément de mesure et d'une sortie de
contacteur d'impulsions.

Apparatus:

Appareil:

Model Designation: TPL-9, RCM-TPL-9

Désignation de modèle: TPL-9, RCM-TPL-9

Description: The models/types of
Rockwell Turbo meters approved under
this document are essentially identical
to those previously approved except for
the inclusion of an external
lubricating system and the permanently
lubricated type bearings have been
replaced with bearings having shielding
on only one side.

Description: Les modèles/types de
compteurs Turbo, Rockwell, approuvés sous
ce document sont essentiellement
identiques à ceux, déjà approuvés, sauf
pour l'addition d'un système externe de
lubrification, et le coussinet lubrifié
à vie a été remplacé par un coussinet
ayant qu'un seul côté blindé.

.../2

Terms and Conditions:

Manner of Use: These types of devices are permitted to be used in trade in accordance with sound measurement practice, installation and operating instructions provided by the manufacturer, terms and conditions appearing in the applicable Notices of Approval and applicable safety codes.

Reference No.: G6635-R2-25

Conditions:

Utilisation: Ces types d'appareils peuvent être utilisés à des fins commerciales pourvu qu'ils le soit selon une méthode de mesurage fiable, qu'ils soit installés conformément aux prescriptions du fabricant et qu'ils satisfassent aux conditions du présent avis et des codes de sécurité pertinents.

N° de référence: G6635-R2-25


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

APR
AVR

5 1984