



**MAY 21 1985**

**NOTICE OF APPROVAL**

Romet Limited Imperial and Metric Instrument Drives with Digital Drum Type Registers.

This Approval supplements Notices of Approval G-102-3, G-102-4, G-102-5, G-102-8 and G-102-10.

Company: Romet Limited  
1080 Matheson Blvd.,  
Mississauga, Ontario  
L4W 2V2

Manufacturer: Romet Limited  
Mississauga, Ontario

Type of Device: Instrument Drive Assembly with a digital drum type register for imperial and metric meters.

Modifications/Description: The manufacturer has modified the previously approved instrument drive by adding a seven digit or eight digit drum type register. For further details refer to chart below:

**AVIS D'APPROBATION**

Commandes de mesure munies d'indicateurs à tambours chiffrés de la société Romet Limited pour compteurs de type impérial et métrique.

Le présent avis complète les avis d'approbation G-102-3, G-102-4, G-102-5, G-102-8 et G-102-10.


Société: Romet Limitée  
1080 blvd. Matheson  
Mississauga, Ontario  
L4W 2V2

Fabricant: Romet Limitée  
Mississauga, Ontario

Appareil: Commande de mesure munie d'indicateurs à tambours chiffrés destinée à être utilisée sur les compteurs de type impérial et métrique.

Modifications/Description: Le fabricant a modifié la commande de mesure antérieurement approuvée en y ajoutant un indicateur à sept ou huit tambours chiffrés. Pour obtenir de plus amples détails, se référer au tableau ci-dessous:

ROTARY METER MODEL NUMBER (new designation) / N° de modèle du compteur rotatif (nouvelle désignation)	INSTRUMENT DRIVE REDUCTION GEAR ASSEMBLY PART NUMBER Référence du train d'engrenages démultiplicateurs de la commande de mesure	VOLUME PER REVOLUTION OF LOWEST READING DRUM Volume par révolution du tambour à plus petite indication	NUMBER OF DRUMS PER REGISTER / Nombre de tambours par indicateur
RM 2,000 DC-ID	2-407-10	10 ft <sup>3</sup>	8
RM 3,000 DC-ID	3-407-10	10 ft <sup>3</sup>	8
RM 5,000 DC-ID	5-407-10	10 ft <sup>3</sup>	8
RM 7,000 DC-ID	7-407-10	10 ft <sup>3</sup>	8
RM 11,000 DC-ID	11-407-10	10 ft <sup>3</sup>	8
RM 55m <sup>3</sup> DC-ID	55-407-10	0.1 m <sup>3</sup>	8
RM 85m <sup>3</sup> DC-ID	85-407-10	0.1 m <sup>3</sup>	8
RM 140m <sup>3</sup> DC-ID	140-407-10	1.0 m <sup>3</sup>	7
RM 200m <sup>3</sup> DC-ID	200-407-10	1.0 m <sup>3</sup>	7
RM 300m <sup>3</sup> DC-ID	300-407-10	1.0 m <sup>3</sup>	7



Terms and Conditions

Manner of Use: Installation and use in trade are permitted for those devices which have been duly verified and meet the applicable requirements delineated in the Departmental Instructions for Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices.

Required Markings:

- (i) Each instrument drive assembly shall be marked with its reduction gear assembly part number.
- (ii) The index cover plate shall be marked "NOT TO BE USED FOR VERIFICATION PURPOSES".

All other provisions and stipulations contained in the Notices of Approval listed above remain in force.

Conditions d'approbation:

Utilisation: Peuvent être installés et mis en service, à des fins commerciales, les appareils qui, après vérification en bonne et due forme, satisfont aux exigences applicables établies dans les Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires.

Marquages:

- (i) Chaque commande de mesure doit être marquée de la référence du train d'engrenages démultiplicateurs.
- (ii) La plaque recouvrant l'aiguille doit porter la mention suivante: "NE PAS UTILISER A DES FINS DE VÉRIFICATION".

Toutes les autres dispositions et conditions énoncées dans les avis d'approbation antérieurs demeurent en vigueur.

Chief  
Legal Metrology Laboratories

*G. H. Hamilton*  
for W.R. Virtue

MAY 21 1985

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

