



Consumer and  
Corporate Affairs  
Canada

Consommation  
et Corporations  
Canada

Legal Metrology

Métrieologie Légale

G-102-7

Approval No. d'approbation

Ottawa

1982/04/02

**NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION**

Approval granted to:

Approbation accordée à:

ROMET LIMITED  
1190 FEWSTER DRIVE  
MISSISSAUGA, ONTARIO  
L4W 1A1

  

---

W.R. Virtue

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories  
Legal Metrology Branch  
Standards Building  
Tunney's Pasture, Holland Ave.,  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0C9

Chef intérimaire  
Laboratoires de la métrologie légale  
Direction de la métrologie légale  
Edifice des normes  
Parc Tunney, Avenue Holland  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0C9

ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT IMPERIAL  
VOLUMETRIC UNIT GAS METERS

COMPTEURS A GAZ UNITE DE VOLUMETRIQUES  
IMPERIAUX A PISTON ROTATIF

This approval supersedes the gear reduction ratio declaration made in Notice of Approval G-102, G-102-1 and G-102-6, and supplements Notice of Approval G-102-4.

La présente approbation remplace la déclaration relative aux coefficients de démultiplication figurant dans les avis d'approbation G-102, G-102-1 et G-102-6, et complète l'avis d'approbation G-102-4.

Description: This approval notice consolidates the gear reduction ratios for the various sizes of approved Romet rotary type Imperial unit gas meters.

Description: Le présent avis d'approbation réunit les coefficients de démultiplication pour les divers modèles de compteurs a gaz impériaux à piston rotatif Romet approuvés.

<u>METER SIZE</u> <u>Dimensions des</u> <u>compteurs</u>	<u>GEAR REDUCTION RATIO</u> <u>Coéfficients de</u> <u>démultiplication</u>
2 000	652.8:1
3 000	450.0:1
5 000	272.2:1
7 000	163.3:1
11 000	100.7:1

Reference No.: G6635-R292

No. de référence: G6635-R292