



MAY - 8 1985
MAI

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Rockwell Type RC-1600-H.P.; (500 p.s.i.g. Imperial units) and RCM-1600-H.P.; (3500 kPa Metric Units) Standard And Temperature Compensated Positive Displacement Diaphragm Gas Meters

Compteurs à gaz volumétriques Rockwell, types RC-1600-H.P.; (500 lb/po² mano., unités impériales) et RCM-1600-H.P.; (3500 kPa, unités métriques) standard, à compensateur de température et à diaphragme.

This approval supplements Notice of Approval G-138-2 dated November 22, 1984.

Le présent avis d'approbation complète l'avis d'approbation G-138-2 en date du 22 novembre 1984.

Company/Manufacturer:

Société/Fabricant:

Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road, P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road, P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Type of Device: Modified High Pressure Rockwell positive displacement diaphragm gas meters type RC-1600-H.P. (500 p.s.i.g.) and RC-M-1600-H.P. (3500 kPa) standard and temperature compensated.

Appareil: Compteurs à gaz Rockwell modifiés, à membrane, à déplacement positif, pour haute pression, standard ou à compensation de température, types RC-1600-H.P. (500 lb/po², mano) et RCM-1600-H.P. (3500 kPa).

Description: The Standard and Temperature Compensated Gas Meters are essentially the same as those meters approved in Approval Circular G-138-2 except that a new design body casting to be used on all models. Refer to photograph on page 2.


Description: Les compteurs à gaz standard et à compensateur de température sont essentiellement identiques aux compteurs approuvés en vertu de l'avis d'approbation G-138-2, sauf qu'un nouveau corps destiné à être utilisé sur tous les modèles de compteurs. Voir la photo en page 2.

Terms and Conditions:

Conditions d'approbation:

(1) Manner of Use - Devices are permitted to be used in trade in accordance with sound measurement practice, installation instructions provided by the manufacturer, terms and conditions appearing in the Notice of Approval and applicable safety codes.

(1) Le présent appareil peut être utilisé à des fins commerciales pourvu qu'il le soit selon une méthode de mesurage fiable, qu'il soit installé conformément aux prescriptions du fabricant et qu'il satisfasse aux conditions du présent avis d'approbation et des codes de sécurité pertinents.



Terms and Conditions:

(1) Continued

Installation and use are permitted to those devices which have been duly verified and meet the applicable requirements as delineated in the "Departmental Instructions for Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices" before being placed into custody transfer measurement.

(2) Sealing - Sealing of the meter shall be in accordance with instructions outlined in Technical Gas Circular G-76-1.

Conditions d'approbation:

(1) Suite

Seuls les appareils qui, après vérification en bonne et due forme, satisfont aux exigences applicables des Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires avant d'être utilisés aux fins de transferts fiduciaires peuvent être installés et mis en service.

(2) Plombage - Le plombage des compteurs doit être effectué conformément à la circulaire technique du gaz G-76-1.

File Number: O6635-R2-23

Numéro de dossier: O6635-R2-23



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAY - 8 1985
MAY - 8 1985