



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

G-166 Add. 1

JUL - 3 1985
JUL

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis
d'approbation émis au nom de:

Dresser Canada Inc.
Industrial Products Division
6688 Kitimat Road
Mississauga, Ontario
L5N 1P8

In section "APPARATUS", make the
following corrections:

Dans la section APPAREIL, faire la
correction suivante:

Temperature Range: -40°C to +60°C or
-40°F to +140°F

Plage de températures: -40°C à +60°C
ou -40°F à 140°C

Ambient Operating Temperature Range:
-40°C to +60°C

Température ambiante de service:
-40°C à +60°C

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:
O6635-D2