



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0G9

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0G9

Telephone: (613) 952-0835

Téléphone: (613) 952-0835

Projet: AP-GL-93-0030

Date: 1993-10-25

Monsieur G.F. Wilson
Canadian Meter Company
3037 Derry Road
Milton, Ontario
L9T 2X6

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu des avis d'approbation SD-GA-89, SD-GA-122, G-23, G-125 et G-198. Il est à noter que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

- Fixation d'un nouveau couvercle trou de main coulé sous pression avec logement coulé à même pour sceau de type à emboîtement.

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire du gaz (métrologie) me signale que ces modifications ne nuisent pas au rendement des compteurs. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans les avis d'approbation susmentionnés. Tous ceux qui ont reçu les avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.


Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, Chef
Électricité et gaz


cc: Liste d'envoi des approbations

Canada


HANDHOLE COVER AL-225/AL-425
Couvercle trou de main AL-225/AL-425



SIDE VIEW / Vue latérale



BOTTOM VIEW / Vue du fond



TOP VIEW / Vue de haut