



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

TYPE OF DEVICE

Electronic Bench Scale

TYPE D'APPAREIL

Balance électronique de table

APPLICANT

Fairbank Scales
2176 Portland Street, Suite 1
St. Johnsbury, Vermont 05819
USA / États-Unis

REQUÉRANT

MANUFACTURER

Fairbank Scales
2176 Portland Street, Suite 1
St. Johnsbury, Vermont 05819
USA / États-Unis

FABRICANT

MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

SCB-R9050-***

USE

- General Use
- Restricted Use

USAGE

- Usage général
- Usage restreint

SECTION 1 (including cover page)- Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C "(complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [], $d \neq e$.
 E_{max} : load cell capacity

PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un "C "(complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un "M" (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe "X" indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe "---" indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [], $d \neq e$.
 E_{max} : portée de la cellule de pesage.

SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics**PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| Model Modèle | C or/ou M | Class Classe | Max | E _{max} | e [d] | n _{max} | ε _{min} | Temp |
| SCB-R9050-*** | C | III | 113.4 kg 250 lb | 75 lb | 0.02 kg 0.05 lb | --- | --- | 0°C to/à 40°C |

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

The suffix (***) added to the model designation has no metrological significance. /
Le suffixe (***) ajouté à la désignation du modèle n'a aucune signification métrologique.

SECTION 3 - Device Description

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

PARTIE 3 - Description de l'appareil

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "---" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui ou celle-ci ne s'applique pas.

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features**PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|--|---|
| General / Générales | |
| Material/Matériel | ABS Plastic / Plastique ABS |
| Power Supply/Alimentation électrique | |
| ① V AC / V c.a. | |
| ② V DC / V c.c. | |
| ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c. | ③ 110-220 V AC to 5 V DC adapter / Adaptateur 110-220 V c.a. à 5 V c.c. |
| ④ Other / Autre | ④ 5 V DC USB / 5 V c.c. par USB |
| Communication Port(s)/ Port(s) de communication | X |
| ① Single Range/Étendue simple | |
| ② Multi-Interval/Échelons multiples | ① |
| ③ Multiple Range/Étendue multiple | |
| Integrated Printer/Imprimante intégrée | --- |
| Signal received/Signal reçu | |
| ① Analog/Analogue | --- |
| ② Digital /Numérique | |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations: | |
| Metrological Functions / Fonctions métrologiques | |
| Zero/Zéro | X |
| T (Type) | |
| ① Platter/Plateau Keyboard/clavier ② | |
| ③ % Automatic/automatique ④ | --- |
| ⑤ Proportional/proportionnelle | |
| ⑥ Programmable | |
| Price Computation/Calcul des prix | |
| ① \$/kg \$/lb ② | --- |
| ③ \$/100 g (Postal Scales Only) \$/oz ④ | |
| Weigh-in - weigh-out/ Pesage entrée - sortie | --- |

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

| Models/Modèles→ | SCB-R9050-*** |
|--|---|
| Sleep Mode/Mode sommeil ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt | --- |
| Other characteristics and additional information / Autres caractéristiques et informations | |
| Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur | |
| Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres ① Gross/Brut Tare ② ③ Net Unit Price/Prix unitaire ④ ⑤ Total Price/Prix total | 1 ① LCD/ACL-6 digits/chiffres - 7 segments |
| Units of measure /Unités de mesure Metrological Annunciators/ Voyants métrologiques: ① Net Weight/Poids net ② Centre of Zero/Centre du zéro ③ Unit of measure/Unité de mesure ④ Motion/Mouvement ⑤ Tare Entered/Entrée de tare ⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection/Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging/Pré-emballage ⑨ Low Battery/Piles faibles ⑩ Other/Autres | kg, lb ②③⑩ Over capacity / surcharge |
| Customers' Display / Affichage destiné aux clients | |
| NA / s.o. | |
| Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur | |
| Total Number of Keys/ Nombre total de touches | 2 |
| Numeric Keypad/Clavier numérique | --- |
| Zero Key/Touche zéro | X |
| Tare Key/Touche de tare | --- |

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|--|---------------|
| Selection Key/Touche de sélection | |
| ① Gross Mode/Mode brut → Net | --- |
| ② Gross Mode/Mode brut → Net → Tare | --- |
| Unit of measure selection key/ Touche de sélection d'unité de mesure | X |
| Clear Key/Touche pour effacer | --- |
| Range Selection/Sélection de l'étendue | --- |
| Weighing Element Selection/ Sélection du dispositif peseur | --- |
| Price Look Up(PLU)/ Touche Rappel du prix (TRP) | --- |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations The model features an integrated display and can also be connected to an optional secondary remote display. / Le modèle comprend l'affichage intégré et peut également être relié facultativement à un afficheur secondaire à distance. | |

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|---|--|
| General / Générales | |
| Platter Dimensions/Dimensions du plateau | 50.8 cm x 50.8 cm |
| Power Supply/Alimentation électrique | |
| ① V AC / V c.a. | See table 2. / Voir tableau 2. |
| ② V DC / V c.c. | |
| ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c. | |
| Material / Matériau | |
| ① Housing/Boîtier | ①②③ Steel / Acier |
| ② Frame/Châssis | ④ Stainless steel or stainless steel with steel roller balls / Acier inoxydable ou acier inoxydable avec billes en acier |
| ③ Sub-frame/Sous châssis | |
| ④ Platter/Plateau | |
| Level/Niveau | X |
| Adjustable Feet/Pieds réglables | X |
| Stops/Butées | --- |
| Signal transmitted/Signal transmis | |
| ① Analog/Analogue | --- |
| ② Digital/Numérique | --- |

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features (Continued)**PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs (suite)**

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|---|--|
| Installation ① Permanent/Permanente ② Mobile | ② |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations | |
| Load Cells / Cellules de pesage | |
| Number of Load Cells/Nombre de cellules de pesage | 4 |
| Type | Centrally loaded planar cell / Cellule planaire à appui central |
| Assembly/Montage ① Bolted/Boulonnée(s) ② Other/Autre * | ① |
| Location/Localisation | Bolted to the four corners of the frame / boulonnées aux quatre coins du châssis |
| Load Transmission/Transmission de la charge ① Direct ② Indirect | ① |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations | |

SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters
PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|---|--|
| <p>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique</p> <p>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories ③ Category 1 / Catégorie 1 ④ Category 2 / Catégorie 2 ⑤ Category 3 / Catégorie 3</p> <p>Method of Sealing / Méthode de scellage ⑥ Wire and Seal / Fil et scellé ⑦ Paper Seal / Scellé papier ⑧ Event Counters / Compteurs d'événements ⑨ Event logger/ Enregistreur d'événements ⑩ Other / Autre</p> | <p>②</p> <p>③ The device does not have remote calibration or configuration capability. / L'appareil ne peut effectuer l'étalonnage ou la configuration à distance (téléconfiguration).</p> <p>⑥ Access is restricted through physical seal. See photos. / L'accès est restreint par l'entremise d'un scellé physique. Voir photos.</p> |

SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements
PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage

| Models/Modèles → | SCB-R9050-*** |
|---|---------------|
| <p>① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre</p> | <p>---</p> |

SECTION 6 - Limitations and Use Requirements
PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation

NA

s.o.


SECTION 7 - Terms and Conditions
PARTIE 7 - Termes et conditions

NA

s.o.

SECTION 8 - Photographs and Drawings

PARTIE 8 - Photos et dessins



Typical model SCB-R9050-* / Modèle SCB-R9050-*** typique**




Typical model SCB-R9050-* with roller ball platter / Modèle SCB-R9050-*** typique avec plateau à billes**



Typical integrated display / Afficheur intégré typique



Typical remote display / Afficheur à distance typique



Typical sub-platter / Sous-plateau typique



Typical seal / Scellé typique

SECTION 9 - Evaluated by:

This device was evaluated by:

Mai-Anh Pham Trong
Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition Agreement

SECTION 10 - Revision

NA

SECTION 11 - Approval

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

PARTIE 9 - Évalué par

Cet appareil a été évalué par:

Mai-Anh Pham Trong
Métrologue légale

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle États-Unis/Canada

PARTIE 10 - Révision

s.o.

PARTIE 11 - Approbation

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

SECTION 12 - Signature and Date**PARTIE 12 - Signature et date****ORIGINAL COPY SIGNED BY:**

Nathalie Dupuis-Désormeaux
B.A.Sc. (Mechanical Engineering), M.Sc. (Mathematics)
Senior Engineer - Gravimetry
Engineering and Laboratory Services Directorate

COPIE AUTHENTIQUE SIGNÉE PAR:

Nathalie Dupuis-Désormeaux
B.Sc.A. (Génie mécanique), M.Sc (Mathématiques)
Ingénieure principale - Gravimétrie
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Notice of Approval issued on: **2010-07-12**Avis d'approbation émis le : **2010-07-12**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>