



Date: 2017-08-12

File number: 26686-AP-AM-16-0057

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Weighing and Measuring Devices**

Type of Device

Electronic Bench / Platform Scale

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

Scope

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

Approval Number

AM-5082

Applicant

Rice Lake Weighing Systems
230 W. Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin
USA 54868

Description of Modifications

The purpose of this modification is to correct the load cell capacities listed on MAL-AM-5082 to:

Model/Modèle	Max	Load Cell Capacity / Capacité de la cellule de pesage		
BM1010*-*	2.5 kg / 5 lb	5 kg		
	5 kg / 10 lb	10 kg		
	10 kg / 20 lb	20 kg	15 kg	
	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
BM1212*-* BM1218*-*	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg
BM1818*-* BM1824*-* BM2424*-*	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg
	75 kg / 150 lb	150kg	100 kg	
	100 kg / 200 lb	200 kg	100 kg	
	125 kg / 250 lb	250 kg		
	150 kg / 300 lb	300 kg		
	250 kg / 500 lb	500 kg		
	500 kg / 1000 lb	1000 kg		
RL21001010*-* RL21001212*-*	2.5 kg / 5 lb	5 kg		
	5 kg / 10 lb	10 kg		
	10 kg / 20 lb	20 kg	15 kg	
	12 kg / 25 lb	30 kg	15 kg	
	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg

Original copy signed by :

Ryan Henshaw
Acting Laboratory Manager
Mass Measurement Discipline



Mesures Canada
Un organisme d'Industry Canada

Measurement Canada
An agency of Industry Canada

MAL No. - N° De LAM

LAM-M149

Date: 2016-08-12

Dossier: 26686-AP-AM-16-0057

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Balance électronique de comptoir / plate-forme

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

Portée

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'(les) avis d'approbation suivant(s) :

Numéro d'approbation

AM-5082

Requérant

Rice Lake Weighing Systems
230 W. Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin
É.U. 54868

Descriptions des modifications

Cette modification vise à corriger les capacités de cellule de charge répertoriées sur MAL-AM-5082 à:

Model/Modèle	Max	Load Cell Capacity / Capacité de la cellule de pesage		
BM1010*-*	2.5 kg / 5 lb	5 kg		
	5 kg / 10 lb	10 kg		
	10 kg / 20 lb	20 kg	15 kg	
	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
BM1212*-* BM1218*-*	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg
BM1818*-* BM1824*-* BM2424*-*	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg
	75 kg / 150 lb	150kg	100 kg	
	100 kg / 200 lb	200 kg	100 kg	
	125 kg / 250 lb	250 kg		
	150 kg / 300 lb	300 kg		
	250 kg / 500 lb	500 kg		
	500 kg / 1000 lb	1000 kg		
RL21001010*-* RL21001212*-*	2.5 kg / 5 lb	5 kg		
	5 kg / 10 lb	10 kg		
	10 kg / 20 lb	20 kg	15 kg	
	12 kg / 25 lb	30 kg	15 kg	
	15 kg / 30 lb	30 kg	15 kg	
	25 kg / 50 lb	50 kg	30 kg	
	50 kg / 100 lb	100 kg	75 kg	50 kg

Copie authentique signée par :

Ryan Henshaw
Gestionnaire du laboratoire par intérim
Discipline des masses