



**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER  
(MAL)**

**for**

**Approved Weighing and Measuring Devices**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval. The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice of Approval:

**LETTRE D'ACCEPTATION DE  
MODIFICATION (LAM)**

**pour**

**Appareils de pesage et de mesure approuvés**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes. Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'avis d'approbation suivant:

**APPROVAL NUMBER / NUMÉRO D'APPROBATION**

AM-5700C

**TYPE OF DEVICE**

Electronic Indicating Element

**TYPE D'APPAREIL**

Dispositif indicateur électronique

**APPLICANT**

Cardinal Scale Manufacturing Co.  
203 East Daugherty Street  
Webb City, MO 64870-0151  
USA / É.U.

**REQUÉRANT**

**DESCRIPTION OF MODIFICATIONS**

**DESCRIPTION DES MODIFICATIONS**

The purpose of this modification is to add to model 825 the capability to receive a digital signal.

Cette modification vise à ajouter au modèle 825 la capacité de recevoir un signal numérique.

**SIGNATURE AND DATE**

**SIGNATURE ET DATE**

**Original copy signed by : / Copie authentique signée par :**

Nathan Fowler  
Laboratory Manager  
Mass Measurement Discipline

Nathan Fowler  
Gestionnaire du laboratoire  
Discipline des masses

Modification Acceptance Letter issued on:

Lettre d'acceptation de modification émis le:

**2018.07.12**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>