



**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER
(MAL)**

for

Approved Weighing and Measuring Devices

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval. The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice of Approval:

**LETTRE D'ACCEPTATION DE
MODIFICATION (LAM)**

pour

Appareils de pesage et de mesure approuvés

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes. Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'avis d'approbation suivant:

APPROVAL NUMBER / NUMÉRO D'APPROBATION

AM-5561

TYPE OF DEVICE

Electronic Indicating Element

TYPE D'APPAREIL

Dispositif indicateur électronique

APPLICANT

Rice Lake Weighing Systems
230 West Coleman,
Rice Lake, Wisconsin, USA / ÉU
54868

REQUÉRANT

DESCRIPTION OF MODIFICATIONS**DESCRIPTION DES MODIFICATIONS**

The purpose of this modification is to update the component table to add the 1280 indicator as a compatible display.

Cette modification vise à mettre à jour le tableau des composants pour ajouter l'indicateur 1280 comme affichage compatible.

Components / Composants			
Models / Modèles	Description	Forms an indicating element with: / constitue un indicateur avec:	Approval Number / Numéro D'Approbation
iQube-ab	Weight signal processor and junction box / Boîte de jonction et processeur de signal de poids	420-xy 420 Plus-xy 420HE-1y 920i-xy	AM-5554 ¹ AM-5426 ¹
iQube2-zxy		920i-xy 1280-xy	AM-5426 ¹ AM-5980C ¹
1) Refer to the appropriate approval to verify the metrological functions of the compatible display that is in use. / 1) Consulter l'approbation appropriée pour vérifier les fonctions métrologiques de l'affichage compatible utilisé.			

SIGNATURE AND DATE**SIGNATURE ET DATE**

Original copy signed by: / Copie authentique signée par:

Nathan Fowler
Laboratory Manager
Mass Measurement Discipline

Nathan Fowler
Gestionnaire du laboratoire
Discipline des masses

Modification Acceptance Letter issued on:

Lettre d'acceptation de modification émis le:

2019-07-15

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>