



**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER  
(MAL)**

**for**

**Approved Weighing and Measuring Devices**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval. The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice of Approval:

**LETTRE D'ACCEPTATION DE  
MODIFICATION (LAM)**

**pour**

**Appareils de pesage et de mesure approuvés**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes. Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'avis d'approbation suivant :

**APPROVAL NUMBER / NUMÉRO D'APPROBATION**

AM-5907C

**TYPE OF DEVICE**

Electronic Bench Scale

**TYPE D'APPAREIL**

Balance électronique de table

**APPLICANT**

Ohaus Corporation  
7 Campus Drive, Suite 310  
Parsippany, NJ, USA / ÉU  
07054

**REQUÉRANT**

**DESCRIPTION OF MODIFICATIONS**

The purpose of this modification is to

Correct Section 2, Table 1 for the following values:

- 6 lb x 0.005 lb corrected to 6 lb x 0.002 lb
- 196 oz x 0.1 oz corrected to 240 oz x 0.1 oz

**PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS****SIGNATURE AND DATE**

Nathan Fowler  
Acting Laboratory Manager  
Mass Measurement Discipline

Modification Acceptance Letter issued on:  
**2024-10-11**

**DESCRIPTION DES MODIFICATIONS**

Cette modification vise à

Corrigé Partie 2, tableau 1 pour les valeurs suivantes :

- 6 lb x 0.005 lb corrigé à 6 lb x 0.002 lb
- 196 oz x 0.1 oz corrigé à 240 oz x 0.1 oz

**PHOTOS ET DESSINS****SIGNATURE ET DATE**

Nathan Fowler  
Gestionnaire du laboratoire par intérim  
Discipline des masses

Lettre d'acceptation de modification émis le:  
**2024-10-11**

NA / s.o.

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>