



Date: July 14, 2004

File number: 26922-AP-AM-04-0034

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Weighing and Measuring Devices**

Type of Device

Electronic Platform Scale

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of Notice of Approval AM-5327 and any subsequent revisions to this Notice of Approval.

Applicant

Interweigh Systems Inc.
51 Bentley Street
Markham, Ontario
L3R 3L1

Description of Modifications

- Correction of e_{min}

RATING

Max	e_{min}	n_{max}
150 kg / 300 lb	0.05 kg / 0.1 lb	3000
500 kg / 1000 lb	0.1 kg / 0.2 lb	5000

Copy signed by:

Michel Maranda
Technical Coordinator
Mass Measurement Discipline



Date: 14 juillet, 2004
Dossier: 26922-AP-AM-04-0034

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Balance plate-forme électronique

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation AM-5327 et de toutes révisions subséquentes.

Requérant

Interweigh Systems Inc.
51 Bentley Street
Markham, Ontario
L3R 3L1

Descriptions des modifications

- Correction de of e_{\min}

CLASSEMENT

Max	e_{\min}	n_{\max}
150 kg / 300 lb	0.05 kg / 0.1 lb	3000
500 kg / 1000 lb	0.1 kg / 0.2 lb	5000

Copie authentique signée par :

Michel Maranda
Coordonnateur en technologie
Discipline des masses