



Date: October 21, 2005

File number: 26686-AP-AM-05-0072

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)
FOR
Approved Weighing and Measuring Devices**

Type of Device

Electronic Weight Indicator

Purpose

The purpose of this letter is to convey details of modifications to weighing and measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered within the scope of Notice of Approval AM-5539 and any subsequent revisions to this Notice of Approval.

Applicant

Mettler Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio
USA 43085

Description of Modifications

- For the verification scale 20 000. accuracy class IIIHD, the maximum number of intervals (n_{\max}) is increased to

Original signed by:

Michel Maranda
Technical Coordinator
Mass Measurement Discipline



Date: 21 octobre, 2005

Dossier: 26686-AP-AM-05-0072

LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)
pour
Appareils de pesage et de mesure approuvés

Type d'Appareil

Indicateur de poids électronique

Objet

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée de l'avis d'approbation AM-5539 et de toutes révisions subséquentes.

Requérant

Mettler Toledo Inc.
1150 Dearborn Drive
Worthington, Ohio
É.U. 43085

Descriptions des modifications

- Pour la classe de précision IIIHD, le nombre d'échelons de vérification maximaux (n_{\max}) passe de 10 000 à 20 000.

Copie authentique signée par :

Michel Maranda
Coordonnateur en technologie
Discipline des masses