



Measurement Canada  
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

MAL No. - N° De LAM  
**MAL-V163 Rev. 1**

Date: May 7, 2008

File number: AP-AV-08-0006

## **MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) FOR Approved Measuring Devices**

### **Type of Device**

Bulk Meter

### **Purpose**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to liquid measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

### **Scope**

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

### **Approval Numbers**

S.WA-0615

### **Applicant**

FMC Technologies Measurement Solutions Inc.  
1602 Wagner Avenue , Box 10428  
Erie , Pennsylvania , 16510  
USA

### **Description of Modifications**

The models B-200 , E3-S\* , F-4S\* and G6-S\* meters in the above approval can be used for the measurement of Lubricating /Motor Oils , SAE Grades with densities between 680 kg/m<sup>3</sup> to 1100 kg/m<sup>3</sup> and viscosities of 40 SSU to 10,000 SSU.

### **Rev. 1**

Addition of model SD-30-\* to the list of meters mentioned above.

Original signed by:

John Makin  
Technical Coordinator, Liquids Measurement



Date: 7 mai , 2008

Dossier: AP-AV-08-0006

## **LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM) pour Compteurs et appareils approuvés**

### **Type d'appareil**

Compteur de vrac

### **Objet**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

### **Portée**

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux compteurs visés par l'avis d'approbation suivant:

### **Numéro d'approbation**

S.WA-0615

### **Requérant**

FMC Technologies Measurement Solutions Inc.  
1602 Wagner Avenue , Box 10428  
Erie , Pennsylvania , 16510  
USA

### **Description des modifications**

Les compteurs B-200 , E3-S\* , F-4S\* et G6-S\* dans l'approbation ci-dessus mentionnée peuvent être utilisés pour le mesurage d' huiles lubrifiantes /d'huiles de moteurs , des grades SAE ayant une masse volumique entre 680 kg/m<sup>3</sup> et 1100 kg/m<sup>3</sup> et avec une viscosité entre 40 SSU et 10,000 SSU.

### **Rév. 1**

Ajout du modèle SD-30-\* à la liste des compteurs ci-dessus mentionnée.

Copie authentique signée par :

John Makin  
Coordonnateur technique, Mesures des liquides