



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. / N° D'APPROBATION

S.WA-963 Rev. 5

</

AUG  
ADUT 7 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of  
the Minister of Consumer and Corporate  
Affairs under application by:

Accordée en vertu du pouvoir sta-  
tutaire du Ministre de Consommation et  
Corporations à la demande de:

R.N.G. Equipment Inc.  
32 Stoffel Drive  
Rexdale, Ontario  
M9W 1A8

AND/ET

< Liquidex Equipment Inc.  
8500 - 4th Avenue  
Ville d'Anjou, Quebec  
H1C 1A7

for the following devices:

pour les appareils suivants:

DEVICE TYPE /  
TYPE D'APPAREIL:

MANUFACTURER /  
FABRICANT:

Bulk Liquid Meters / Compteurs pour les  
produits liquides en vrac.

Liquid Controls Corporation  
North Chicago, Illinois, USA

MODEL DESIGNATIONS /  
DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /  
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

MS-5, MSA-5, MSAA-5  
MS-7, MSA-7, MSAA-7, MSB-7, MSC-7  
MS-15, MSA-15, MSAA-15, MSB-15, MSC-15  
MS-30, MSA-30, MSAA-30, MSB-30, MSC-30  
MS-75, MSA-75, MSAA-75, MSB-75, MSC-75  
MS-120, MSA-120, MSAA-120, MSB-120,  
MSC-120

See Description / Voir description

NOTE: This approval applies only to  
devices, the design, composition, cons-  
truction and performance of which are,  
in every material respect, identical to  
that described in the information sub-  
mitted and are typified by the  
sample(s) submitted by the applicant  
for evaluation for approval in accor-  
dance with sections 14 and 15 of the  
Weights and Measures Regulations. The  
following is a summary of salient  
features only.

REMARQUE: La présente approbation ne  
vise que les appareils dont la concep-  
tion, la composition, la construction  
et le rendement sont identiques, en  
tout point, à ceux qui sont décrits  
dans la documentation reçue et pour  
lesquels des échantillons représenta-  
tifs ont été fournis par le requérant  
aux fins d'évaluation, conformément aux  
articles 14 et 15 du Règlement sur les  
poids et mesures. Ce qui suit est une  
brève description de leurs principales  
caractéristiques.

## SUMMARY DESCRIPTION:

These meters are rotary positive displacement type, utilizing the same style and arrangement of metering elements and calibrator as the series of LC meters previously approved on S.WA-739.

These meters are double-case type, having the original style of LC meter encased in an outer steel housing of spherical shape. The outer housing is filled with liquid at line pressure during meter operation, thus eliminating pressure differentials across the metering chamber housing and permitting higher pressure ratings for the meter.

They may be equipped with approved LC automatic temperature compensators for bunker oils or LPG.

The minimum meter rating is generally 20% of the stamped maximum, but it can be 10% of the stamped maximum for some combinations of meter materials and measured liquids.

Meters to be used for liquefied gases shall be equipped with a back pressure/differential pressure valve and a well for a test thermometer.

The following suffixes may be added to the model numbers when these meters are in use in accordance with the application mode:

3 - For metering liquid sweeteners and vegetable oils (refer to Applications on final page class 3 meter used for most syrups).

## DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ces compteurs volumétrique rotatifs utilisent un dispositif de réglage et des dispositifs de mesurage dont le genre et la disposition sont identiques à ceux utilisés dans la série de compteurs LC antérieurement approuvés en vertu de l'avis d'approbation S.WA-739.

Ces compteurs sont de type double boîtier, le boîtier original du compteur LC étant abrité par un carter en acier de forme sphérique. Le carter extérieur est rempli de liquide jusqu'à la ligne de pression lorsque le compteur fonctionne, ce qui empêche toute pression différentielle dans le logement de la chambre de mesurage et permet au compteur d'opérer à des pressions plus élevées.

Ils peuvent être équipés de compensateurs automatiques de température LC approuvés pour fuels de soute ou pour gaz propane liquéfié.

Le débit minimal d'un compteur est généralement à 20% du débit maximal estampillé, mais il peut être de 10% du débit maximal estampillé pour certaines combinaisons concernant l'alliage du compteur et les produits mesurés.

Les compteurs destinés au mesurage des gaz liquéfiés doivent être équipés d'une soupape de pression différentielle et de contre-pression et d'un puit pour thermomètre d'essai.

Les suffixes suivants peuvent être ajoutés aux numéros de modèle lorsque ces compteurs sont utilisés selon le mode d'application:

3 - Pour le mesurage des liquides édulcorants et des huiles végétales (Référer à la dernière page de son Utilisation pour le compteur de Classe 3, est utilisé pour la plupart des sirops).

## SUMMARY DESCRIPTION: Continued

7 - For metering caustics such as sodium hydroxide and chlorinated solvents. (This is used in conjunction with class 70 meters for this purpose - class 70 is available in M-7 only thus class 7 is employed in other sizes).

8 - Stainless Steel construction for metering acids and food products such as tomato paste, fruit juices, alcohol, etc.

12 - Anhydrous ammonia

15 - Aqua ammonia

16 - For general solvent metering including M.E.K., ethyl acetate, etc.

17 - For metering dry solvents such as perchloroethylene and trichloroethylene.

18 - Aqueous solutions of liquid fertilizer such as ammonium nitrate, urea, phosphates, etc., that may also contain corrosive herbicides, fungicides and pesticides; excluding suspension type fertilizers.

27 - Liquid herbicides, such as Aatrek, Atraxine, Bicep, Bladex, Chiptac, Dual, Lasso, Prowl, Sencor, Sutan and Treflan.

30 - In M-5 for metering herbicides and nitrogen solutions.

70 - Caustic such as sodium hydroxide and chlorinated solvents.

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

7 - Pour le mesurage des caustiques tel que l'hydroxyde de sodium et les solvants chlorurés. (Cette classe est utilisée conjointement avec la classe 70 pour cet usage. Classe 70 est disponible seulement pour le M-7 tandis que la classe 7 est utilisés pour d'autres dimensions.)

8 - La construction en acier inoxydable est utilisée pour le mesurage des produits acides et alimentaires tel que: pâte de tomate, jus de fruits, alcools, etc.

12 - Ammoniaque anhydre

15 - Ammoniaque

16 - Pour le mesurage des solvants, en général, incluant M.E.K., acétate d'éthyle, etc.

17 - Pour le mesurage de solvants à sec tel que perchloroéthylène et trichloroéthylène.

18 - Solutions aqueuses de fertilisants liquides tel que nitrate d'ammonium, urée, phosphates, etc, qui peuvent aussi contenir des herbicides, des fongicides et des pesticides corrosifs; excluant les engrais de type en suspension.

27 - Herbicides liquides, tel que Aatrek, Atraxine, Bicep, Bladex, Chiptac, Dual, Lasso, Prowl, Sencor, Sutan et Treflan.

30 - Sur le M-5 pour le mesurage des produits herbicides et des solutions d'azote.

70 - Caustiques tel que hydroxydes de sodium et de solvants chlorurés.

## SUMMARY DESCRIPTION: Continued

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

| MODEL NUMBERS<br>N° de modèles            | PETROLEUM/pétrole<br>GPM / LPM | LPG/GPL<br>GPM/LPM | OTHER PRODUCTS<br>Autres produits |          |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|   |                                |                    | GPM                               | LPM      |
| MS-5, MSA-5, MSAA-5                       | 10- 50 / 45-225                | 15-45 / 70- 205    | 9- 45 /                           | 40- 205  |
| MS-7, MSA-7, MSAA-7, MSB-7, MSC-7         | 20-100 / 90-450                | 30-85 / 135- 385   | 17- 85 /                          | 75- 385  |
| MS15, MSA15, MSAA15, MSB15, MSC15         | 40-200 /180-900                | 55-170/ 250- 770   | 34-170 /                          | 155- 770 |
| MS30, MSA30, MSAA30, MSB30, MSC30         | 70-350 /315-1590               | 100-300/ 450-1360  | 60-300 /                          | 275-1360 |
| MS75, MSA75, MSAA75, MSB75, MSC75         | 140-700 /635-3180              | 200-600/ 900-2725  | 120-600 /                         | 545-2725 |
| MS120, MSA120, MSAA120, MSB120,<br>MSC120 | 200-1000/900-4545              | 280-850/1270-3860  | 170-850 /                         | 770-3860 |

## NOTE:

- (1) Meter model number MS-75 was for a short time identified by model number MS-70.
- (2) Some of the above-listed meters may have been marked with Approval No. S.WA-919 on earlier installations.

For the metering in trade of bulk quantities of crude and refined petroleum products and liquefied gases.

This revision corrects the Notice of Approval S.WA-963 revision 4 dated April 4, 1985.

## REMARQUE:

- (1) Le compteur MS-75 a été désigné pendant quelque temps par le numéro de modèle MS-70.
- (2) Certains des compteurs susmentionnés peuvent être estampillés du numéro d'approbation S.WA-919, sur des installations précédentes.

Pour le mesurage dans le commerce de quantités de produits pétroliers bruts ou raffinés et des gaz liquéfiés en vrac.

Cette révision corrige l'avis d'approbation S.WA-963 revision 4 en date du 4 avril 1985.

## APPROVAL:


The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein having been evaluated in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, approval is hereby granted pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

## APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories




AUG  
AOUT

7 1985

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

File Number / Numéro de dossier:

O6953-R96-12



SIX PHASE METERING CYCLE

