

FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation- S.WA-1041

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation, seulement dans les cas d'approbation temporaire)

Demandeur (non de la société)- Brooks Instrument Division  
Emerson Electric Canada Ltd.  
P. O. Box 150, Markham, Ontario

Type d'instrument- Compteur volumétrique pour gaz liquéfiés

<u>No. de modèle</u>	<u>Charge ou capacité</u>	<u>Remarques</u>
V1-43	Compteur à deux rotors, 2 po., de conception Brodie à un boîtier, avec filtre éliminateur de vapeur et soupape à la fois pression différentielle et de contrepression avec clapet de retenue intégral.	
	Approuvé pour être utilisé avec du propane liquide, du butane liquide et de l'ammoniaque anhydre.	
	Aucun facteur de correction n'a été autorisé pour le calibrage aux produits destinés à être utilisé avec des gaz liquéfiés. L'utilisation de ce compteur avec des compensateurs automatiques de température pour gaz liquéfiés n'a pas encore reçu l'approbation finale.	

Date de la demande d'approbation -

No. du dossier -

..... G6953-B365-12  
(date de la demande) <sup>Wpxx</sup> 15 Nov./77

*John Anderson*  
.....  
Chef, Poids et mesures

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.