



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA 1097

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation, seulement dans les cas d'approbation temporaire)


Ottawa, le 5 septembre 1978

Demandeur (nom de la société) - DresserWayne Division
6688 Kitimat Road
Mississauga, Ontario L5N 1P8

Type d'instrument - Compteur volumétrique pour produits pétroliers liquides

<u>Modèle No.</u>	<u>Taille</u>	<u>L/min</u>	<u>gal/min</u>
T50	2-pouces	100-500	20-110

Ce compteur est catalogué sous l'article 255 de l'annexe 1; les compteurs de 3", 4" et 6" doivent demeurer dans la liste de l'annexe 1.
Conditions particulières: Une plaque portant le numéro S.WA et l'estampille d'inspection doit être installée sur le corps du compteur. Le flotteur du clapet d'échappement d'air doit être réglé de façon appropriée pour le mesurage du liquide.



Dossier No. 6953-W174-16

John Armstrong
John Armstrong
Chef, Poids et mesures
Direction de la Métrologie légale.