



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-1197 Rev 2, Add 1

DEC 9 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Kraus Industries Limited
204 Day Street, P.O. Box 250
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

ADD to section "Summary Description":

All MICON-100 models listed in
Approval Notice S.WA-1197 Revision 2
which now incorporate an anti back-lash
software to prevent reverse flow pulses
from being displayed as forward flow
pulses.

Identified by letter "R" on the
marking plate. Registers will be
upgraded as required.

AJOUTER à la partie "Description
Sommaire":

Tous les modèles de la série
MICON-100 énumérés sur l'avis d'appro-
bation S.WA-1197 Revision 2, ces
modèles comportent maintenant un module
d'anti-recul pour empêcher les impul-
sions à reculons d'être enregistrées
des impulsions d'écoulement normal.

Identifié par la lettre "R" sur la
plaque signalétique. Les enregistreurs
seront corrigés sur demande.

W.R. Virtue


Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: O6953-K262
PROJECT/Projet: AP-VL-86-0035

OPTIONS		ID.
ATC		
GALLON	COUNTING MODE	
GAL/LITRES		
KILOGRAMS		
10 - PPU		
10E - PPU	VOLUME	
100 - PPU	PULSER	
CANADIAN (15°C)		
AMERICAN (60°F)	COMPENSATION	
PROPANE (0.81 kg/m ³)		
GASOLINE (730 kg/m ³)	PRODUCT	
DIESEL		
X 0.5		
X 1		
X 2	MULTIPLIER	
X 4		
X 10		
NO TIME OUT SEL	TIME OUT	
15 SEC		
45 SEC		
+/- 6 J5V		
+0 TO +12.7%	OFFSET	
NO PULSER ON BASE		
MECHANICAL COUNTER		
REVERSE COUNTER GEAR		
EXTENDED DISPLAY HARNESS		
6' CUSTOMER HARNESS		
OTHER		

APPROVAL S.WA-1197
OR S.WA-2056

KRAUS INDUSTRIES LTP. 

MODEL **MIGON 1001** SERIAL _____

RATED 120 VAC .5A 60 Hz
PUMP MOTOR CONTROLLER - 120 VAC 3/4 HP MAX.
SOLENOID VALVE CONTROLLER - 120 VAC 40 VA MAX.
FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
CLASS 1, GROUP D, DIV. 1

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS
ASSOCIATED EQUIPMENT/APPELLEGE CONNEXE
[Exia] INTRINSICALLY SAFE DISPLAY AND PULSER
CIRCUITS
EXITS FOR DISPLAY AND PULSER CIRCUITS ARE FACTORY
SEALED.

CAUTION: THIS DEVICE IS CSA APPROVED WHERE THE
SUITABILITY OF THE INSTALLATION HAS BEEN DETERMINED
BY THE INSPECTION AUTHORITY HAVING JURISDICTION
ATTENTION: LA CERTIFICATION AVOIR DE CE DISPOSITIF
N'EST VALABLE QUE SI L'INSTALLATION A ETE JUGEE
ADEQUATE PAR LES AUTORITES D'INSPECTION COMPETENTES
CAUTION: KEEP COVER TIGHT WHILE CIRCUITS ARE ALIVE.
ATTENTION: GARDER LE COUVERCLE BIEN FERME LORQUE
LES CIRCUITS SONT SOUS TENSION.

MADE IN CANADA BC 96