



S.WA-T2027

Approval Listing Number

Ottawa, 1982/02/23

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL
AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Brooks Instruments Division
Emerson Electric Canada Ltd.,
13712 Deer Ridge Drive S.E.
Calgary, Alberta
T2J 5J9

Société: Brooks Instruments Division
Emerson Electric Canada Ltd.,
13712 Deer Ridge Drive S.E.
Calgary, Alberta
T2J 5J9

Type of Device: Brooks model PAR-I-TY
turbine flowmeter, size 4 in.

Appareil: Compteur à turbine Brooks,
modèle PAR-I-TY, 4 po.

Installation Particulars: This instal-
lation consists of two petroleum truck
loading racks having a total of 11
outlets, each utilizing a Brooks turbine
flowmeter in conjunction with a Brooks
Petrocount 44 computer/printer, and model
control valve.

Détails de l'installation: La présente
installation consiste en deux rampes de
ravitaillement en pétrole pour camions
comportant au total 11 distributeurs,
chacun étant équipé d'un compteur à
turbine Brooks et d'un module ordinateur/
imprimante Brooks Petrocount 44, et la
valve de contrôle modèle No. 787.

Location: Chevron Canada Limited
South Vancouver Island
Terminal
Hatch Point, B.C.

Emplacement: Chevron Canada Limited
South Vancouver Island
Terminal
Hatch Point, B.C.

Conditions of Approval:

(1) A strainer is to be installed
immediately upstream of the meter run, so
that the installation is as shown on
Brooks drawings 28, 226#D, but with an
automatic air release valve on top of the
strainer.

(2) Chevron is to arrange for tests at
their expense and under Weights and
Measures supervision, when the meters are
initially put into service and at
intervals thereafter to determine the
effect on meter accuracy of product
temperature (viscosity) and throughput.

Conditions d'approbation:

(1) Une crépine doit être installée immé-
diatement en amont de la canalisation du
compteur de sorte que l'installation soit
conforme aux dessins 28, 226-D fournis par
la société Brooks, sauf qu'une soupape
d'évacuation automatique de l'air doit
être prévue au-dessus de la crépine.

(2) Afin de déterminer si la température
du produit (sa viscosité) et son débit
influent sur la précision des compteurs,
la société Chevron devra faire en sorte
que des essais soient effectués à ses
frais sous la direction des poids et
mesures lors de la mise en service
initiale des compteurs et périodiquement
par la suite.

Conditions of Approval:

(3) This temporary approval is valid until February 23, 1983 unless unsatisfactory performance of the meters requires that it be withdrawn before that time. All operating difficulties or malfunctions are to be reported to the District Office of Weights and Measures within 24 hours.

Reference No.: G6953-B365-15

Conditions d'approbation: Suite

(3) La présente approbation provisoire est valable jusqu'au 23 février 1983 à moins qu'elle ne soit annulée d'ici là à cause du mauvais fonctionnement des compteurs. Tout problème ou défaut de fonctionnement doit être signalé au bureau de district des poids et mesures dans un délai de 24 heures.

No. de référence: G6953-B365-15



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la métrologie légale