



SW.A-T2037

Approval Listing Number

Ottawa, 1982/05/10

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL  
Avis d'approbation temporaire

BY AUTHORITY OF THE MINISTER OF CONSUMER  
AND CORPORATE AFFAIRS PURSUANT TO  
SUBSECTION 3(2) OF THE WEIGHTS AND  
MEASURES ACT, AND IN CONSIDERATION OF AN  
APPLICATION AND INFORMATION SUBMITTED  
BY:

Neptune Meters Limited  
3526 Lakeshore Blvd.,  
Toronto, Ontario

RESPECTING THE TYPE OF DEVICE DESCRIBED  
IN PART I HEREOF, TEMPORARY APPROVAL IS  
HEREBY GRANTED FOR USE OF THAT TYPE OF  
VICE IN TRADE, IN ACCORDANCE WITH THE  
LD ACT AND SUBJECT TO THE TERMS AND  
CONDITIONS SPECIFIED IN PART II HEREOF.

PART I - Description of Device

Liquid Propane Dispenser

- 3/4" Neptune Meter type 4D style NC;
- For use with EPSCO Universal 4000  
computing registers;
- Rating 13 to 45 litres per minute.

PART II - Terms and Conditions

Purpose of Use: Use in trade is  
permitted for the purposes of dispensing,  
measuring and establishing a charge for  
the liquid propane delivered.

CONFORMEMENT AUX POUVOIRS CONFERES AU  
MINISTRE DE LA CONSOMMATION ET DES  
CORPORATIONS AU PARAGRAPHE 3(2) DE LA LOI  
SUR LES POIDS ET MESURES ET APRES ETUDE DE  
LA DEMANDE ET DE L'INFORMATION DEPOSEES  
PAR:

Neptune Meters Limited  
3526 Lakeshore Blvd.,  
Toronto, Ontario

CONCERNANT LE TYPE D'APPAREIL DECRIT A LA  
PARTIE I CI-DESSOUS, UNE APPROBATION  
TEMPORAIRE EST ACCORDEE PAR LES PRESENTES  
POUR UTILISATION DANS LE COMMERCE DE CE  
TYPE D'APPAREIL, CONFORMEMENT A LADITE LOI  
ET SOUS RESERVE DES CONDITIONS PRECISEES A  
LA PARTIE II CI-DESSOUS.

PARTIE I - Description de l'appareil

Distributeurs de propane liquéfié

- Compteurs Neptune de 3/4", type 4D,  
modèle NC.
- Utilisé avec les enregistreurs calcula-  
teur EPSCO de type Universal 4000.
- Débit: 13 à 45 litres/minute.

PARTIE II - Conditions

Utilisation: L'utilisation commercial est  
autorisée aux fins de distribution, de  
mesure de fracturation pour le propane  
liquéfié livré.

Manner of Use: Use in trade is permitted in accordance with sound measurement practice and with instructions for use provided by the manufacturer.

Specifications for Installation and Use: At each dispenser there shall be installed a vapour/product return line of a size to permit testing the dispenser at 45L/M using a master meter while returning measured propane to the storage tank. The line shall be at least 1 inch I.P.S. or larger depending on the installation.

Special Conditions: These devices are exempt from Section 247 of the Weights and Measures Regulations. Each new device is to be initially inspected and each repaired device is to be tested with propane using a pipe prover or master meter of a design acceptable to the Legal Metrology Branch.

Required Markings: Markings shall be shown on all devices of the type described in Part I hereof in accordance with the applicable requirements of the Weights and Measures Regulations.

Modalité d'utilisation: L'utilisation commerciale est autorisée selon les pratiques établies dans le domaine de la mesure et selon le mode d'emploi fourni par le fabricant.

Spécification pour l'installation et l'utilisation: Chaque distributeur devra être équipé d'une ligne de retour vapeur/produit mesure (propane), de dimension permettant un débit de 45 L/M lors des essais à l'aide du compteur étalon. Cette ligne devra être d'au moins 1 pouce I.P.S. ou de plus grande dimension selon ce que peut requérir l'installation.

Conditions particulières: Cet appareil est exempté des exigences à l'article 247 du règlement sur les poids et mesures. Chaque appareil nouveau doit être initialement inspecté et chaque appareil révisé doit être éprouvé à l'aide de propane en utilisant un tube ou un compteur étalon de type et de modèle approuvé par la Direction de la Métrologie légale.

Inscriptions prescrites: Tous les appareils du type décrit à la Partie I ci-dessus devront porter les inscriptions pertinentes prescrites par le règlement sur les poids et mesures.

Other Terms and Conditions: Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this temporary approval expires June 1, 1984, or upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the Weights and Measures Act, whichever occurs first. Upon expiry of this temporary approval, all devices which have been installed for use in trade under its authority shall be removed from service or, if approval has been granted pursuant to subsection 3(1) of the said Act, shall be modified as necessary to conform to all terms and conditions specified in that approval. Prior to any sale of devices of the type described in Part I hereof, all of the terms and conditions specified in this Part shall be made known by the seller in writing to the purchaser.

Autres conditions: A moins que le sous-signé n'autorise par écrit une prolongation, la présente approbation temporaire demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 1984 ou, jusqu'au moment où l'approbation est, soit accordée, soit refusée, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur les poids et mesures, la première des deux échéances à survenir. Tous les appareils qui ont été installés aux fins d'utilisation commerciale en vertu des présentes, devront être retirés du service ou, si une approbation définitive est accordée conformément au paragraphe 3(1) de ladite Loi, tous les appareils devront subir les modifications précisées dans les conditions d'approbation définitive lors de l'expiration de la présente approbation temporaire. Préalablement à toute vente d'un appareil du type décrit à la Partie I ci-dessus, le vendeur devra faire connaître par écrit à l'acheteur toutes les conditions susmentionnées.

Reference no.: G-6953-N2-12

No. de référence: G 6953-N2-12



W.R. Virtue

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire  
Laboratoires de la Métrologie légale