



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL NO. N° D'APPROBATION

S.WA-2045

NOV - 5, 1985

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Bennett Pump Canada Limited
8 Finley Road
Bramalea, Ontario
L6T 1A9

for the following devices:

DEVICE TYPE / TYPE D'APPAREIL:

Cashier's Console / Pupitre de commande

MODEL DESIGNATIONS / DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

814M, 816M, 818M
814E, 816E, 818E

AVIS D'APPROBATION

Accordée en vertu du pouvoir
statutaire du Ministre de Consommation
et Corporations à la demande de:

pour les appareils suivants:

MANUFACTURER / FABRICANT:

Bennett Pump
P.O. Box 597
Broadway & Wood Street
Muskegon, Michigan, USA 49443

RATING-CAPACITY-RANGE(S) / CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

Control of up to 8 hoses/8 products /
Contrôle jusqu'à 8 boyaux/8 produits.

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition, con-
struction and performance of which are,
in every material respect, identical to
that described in the information
submitted and are typified by the
sample(s) submitted by the applicant
for evaluation for approval in
accordance with sections 14 and 15 of
the Weights and Measures Regulations.
The following is a summary of salient
features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les appareils dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons représenta-
tifs ont été fournis par le requérant
aux fins d'évaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du Règlement sur les
poids et mesures. Ce qui suit est une
brève description de leurs principales
caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

The 81 series cashier's console added with one of the numeric/alphabetic suffixes, has the following meaning:

Numeric:

- 4 - controls 4 hoses / 4 products
- 6 - controls 6 hoses / 6 products
- 8 - controls 8 hoses / 8 products

Alphabetic:

E - interfaces with Bennett electronic dispensers, 5000 and 6000 series.

M - interfaced with Bennett mechanical dispensers, 3300, 4000, 4500 series and all other approved models remanufactured by Bennett.

The display on the console is of the liquid crystal type.

There are 3 modes of operation which are standard with the cashier's console: full service, post-pay and pre-pay.

The floating decimal point on the display provides the exact amount for each; volume, dollars and unit price.

The console memory is ensured by two battery back-up systems:

First: for immediate back-up during power failure, will maintain DC power for 30 minutes to complete sales transactions.

Second: is to maintain console memory for up to 10 days during major power failure.

An optional Eaton LRC 7000+ receipt printer can be used with any of these devices.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

La série 81 des pupitres de commande pour caissier affichant un des suffixes numériques/alphabétiques, a la signification suivante:

Numérique:

- 4 - contrôle 4 boyaux / 4 produits
- 6 - contrôle 6 boyaux / 6 produits
- 8 - contrôle 8 boyaux / 8 produits

Alphabétique:

E - se rattache aux distributeurs électroniques de Bennett, des séries 5000 et 6000.

M - se rattache aux distributeurs mécaniques de Bennett, des séries 3300, 4000, 4500, et tous les autres modèles approuvés remanufacturés par Bennett.

L'affichage sur la console est du genre à cristaux liquides.

Il y a 3 modes d'opération qui sont standards avec les pupitres de commande: service avec préposé, post-payé et pré-payé.

Le point décimal flottant permet l'affichage exact pour; le volume, les dollars et le prix unitaire.

La mémoire de la console est épaulée par deux piles:

Première: pour épaullement immédiat lors d'une panne de courant, elle maintiendra le pouvoir DC durant 30 minutes pour compléter les transactions de ventes.

Deuxième: peut maintenir la mémoire de la console jusqu'à 10 jours durant une panne de courant majeure.

L'imprimante de reçus Eaton LRC 7000+ facultative peut être utilisée avec n'importe lequel de ces appareils.

APPROVAL:


The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein having been evaluated in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, approval is hereby granted pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.



W.R. Virtue


Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale


File Number / Numéro de dossier:
O6953-W158-30

NOV - 5 1985

S.WA- 2045



Série 81 Series



Eaton LRC 7000+