



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Consommation  
et Corporations Canada

Legal Metrology

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-2048 Rev 1, Add 1

DEC 9 1986

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

**ADDENDUM**

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Kraus Industries Limited  
204 Day Street, P.O. Box 250  
Transcona Postal Station  
Winnipeg, Manitoba  
R2D 1A6

ADD to section "Summary Description":

AJOUTER à la partie "Description Sommaire":

All electronic registers MICON-100-IV which now incorporate an anti back-lash software to prevent reverse flow pulses from being displayed as forward flow pulses.

Tous les enregistreurs électroniques MICON-100-IV, ces enregistreurs comportent maintenant un module d'anti-recul pour empêcher les impulsions à reculons d'être enregistrées des impulsions d'écoulement normal.

Identified by letter "R" on the marking plate. Registers will be upgraded as required.

Identifié par la lettre "R" sur la plaque signalétique. Les enregistreurs seront corrigés sur demande.

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Méetrologie légale

FILE/Dossier: O6953-K262  
PROJECT/Projet: AP-VL-86-0046

