



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-2056 Rev. 2, Add. 1

NOV 22 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

THIS ADDENDUM TO BE READ CONJOINTLY WITH
NOTICE OF APPROVAL S.WA-2056 revision 2.

CET AJOUT DOIT ÊTRE LU CONJOINTEMENT
AVEC L'AVIS D'APPROBATION S.WA-2056
revision 2.

Company: Kraus Industries Limited
204 Day Street
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

Société: Kraus Industries Limited
204 Day Street
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

Description: The following wording is
added to paragraph 2 page 2;


Description: La phrase suivante est
ajoutée au deuxième paragraphe de la
page 2;

...or with a mechanical totalizer which
may register uncompensated uncalibrated
volume when ATC and/or electronic
calibration mode is used. This totalizer
is provided for convenience only.

...ou avec un totalisateur mécanique qui
ne peut enregistrer que le volume non-
compensé et non-étalonné, lorsque l'ATC
et/ou le module d'étalonnage électro-
nique est utilisé. Ce totalisateur est
fourni seulement pour la commodité.

Reference No.: G6953-K262

N° de référence: G6953-K262


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

NOV 22 1984