



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-2056 Rev 4, Add 1

DEC 9 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Kraus Industries Limited
204 Day Street, P.O. Box 250
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

ADD to section "Summary Description":

All electronic registers MICON-100-IP which now uses the one-way brakes on the shaft of the pulser. Registers will be upgraded as required.

AJOUTER à la partie "Description
Sommaire":

Tous les enregistreurs électroniques MICON-100-IP, ces enregistreurs comportent maintenant un frein à sens unique posé sur l'arbre d'entraînement du pulseur. Les enregistreurs seront corrigés sur demande.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: O6953-K262
PROJECT/Projet: AP-VL-86-0047