



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

K.I

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-2056 Rev. 4, Add. 2

APR - 8 1987

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Kraus Industries Limited
204 Day Street, P.O. Box 250
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

ADD to "Summary Description" -

AJOUTER à la partie "Description sommaire" -

All electronic register MICON-100-IP now incorporates anti back-lash software to prevent reverse flow pulses from being displayed as forward flow pulses.

Tous les enregistreurs électroniques MICON-100-IP comportent maintenant un module d'anti-recul pour empêcher les impulsions à reculs d'être enregistrées comme impulsions d'écoulement normal.

These registers are identified by the letter "R" on the marking plate. Registers will be upgraded as required.

Ces enregistreurs sont identifiés par la lettre "R" sur la plaque signalétique. Les enregistreurs seront corrigés sur demande.


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: O6953-K262
PROJECT/Projet: AP-VL-86-0072