



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-2056 Rev. 5 Add 3

NOV 22 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:


Kraus Industries Limited
204 Day Street, P.O. Box 250
Transcona Postal Station
Winnipeg, Manitoba
R2D 1A6

ADD under "Summary Description" -

AJOUTER sous "Description Sommaire" -

All electronic registers MICON 100-IP now use the 2.4 software version for ATC. These versions are identified in the Inspector mode on the display as 24XX for propane, gasoline, and diesel. The first 2 digits identify the software version, the third digit identifies the no flow time out and the fourth digit identifies the input multiplier, expressed as input pulses/unit.

Tous les totalisateurs électroniques de modèle MICON 100-IP utilisent maintenant la version de logiciel 2.4 pour la CTA. Les versions sont identifiées sur l'afficheur, en mode inspection, par le code 24XX pour le propane, l'essence et le diesel. Les 2 premiers chiffres indiquent la version de logiciel, le troisième chiffre indique le délai d'attente (arrêt d'écoulement) et le quatrième chiffre indique le multiplicateur d'entrée, exprimé en impulsion d'entrée/unité.


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chief
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06953-AP-VL-88-0025
PROJECT/Projet: AP-VL-88-0025

NOV 22 1988