



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T2083 Rev. 1

OCT 18 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

THIS NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL S.WA-T2083 DATED September 11, 1984.

CET AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE A ÊTRE LU CONJOINTEMENT AVEC L'AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE S.WA-T2083 EN DATE DU 11 septembre 1984.

Company: Interquip Supply Corporation
6050 Indian Line
Mississauga, Ontario
L4V 1G5

Société: Interquip Supply Corporation
6050 Indian Line
Mississauga, Ontario
L4V 1G5

This revision is intended to correct the following errors:

Cette revision a pour but de corriger les erreurs suivantes;

Rating: 13 to 45 LPM

Débit: 13 a 45 LPM

Notes: Pressure gauge to be installed on the outlet of the meter.

Remarques: Manomètre à être installé sur la sortie du compteur.

Reference No.: G6953-J647

N° de référence: G6953-J647


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

OCT 18 1984